

## OZNÁMENÍ LÉKAŘŮM

Vážená paní doktorko a vážený pane doktore,

Chceme vás upozornit na změnu, kterou výrobce ( firma Roche ) provedl u vyšetřovací metody Troponin T. Jedná se o změnu spodní detekční hranice z 0,03 na 0,05 µg/l. V tabulce je uvedeno v jaké formě nyní budete dostávat výsledky.

Koncentrace Troponinu T µg/l	Forma výsledku na výsledkovém listě	Interpretace
< 0,05	< 0,05	Nízké riziko AIM. Přetrvává-li podezření na AIM, měl by test být opakován v časových intervalech podle standardů kardiologické společnosti.
0,05 - <b>0,1</b>	suspektní riziko	Střední riziko AIM. Test opakujte cca po 4 hodinách.
<b>0,1</b> - 2,0	konkrétní číselná hodnota např. 0,9	Vysoké riziko AIM. <b>0,1</b> = prahová hodnota, nad tuto hodnotu je Troponin T pozitivní.
> 2,0	> 2,0	Vysoké riziko AIM.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

MUDr. Jana Prokešová

Diagnostická laboratoř s.r.o.

V Teplicích 19. září 2011